
Instructions for Use

■ 제 품 명 : Surgical Instrument

■ 허가번호 : 서울 제신 09-102호

■ 품 목 명 : 수동식골수술기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다.
jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색

[사용목적]

품목명	사용목적
수동식골수술기	골수술시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술 기구

[사용방법]**1. 사용 전 준비사항**

- ① 사용 전에 제품의 포장 및 외관에 이상이 있는지 확인한다.

2. 사용 방법

- ① 의료용 스크류[골접합용나사(제허01-99호)]를 이용한 수술 시에 드라이버에 스크류를 꽂은 후 수동으로 회전시켜서 해당 부위에 식립한다.
- ② 전문의에 의해서 사용되어야 하며, 해당 수술 절차를 준용한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- ① 1회용임으로, 사용 후 폐기한다.

[사용시 주의사항]

- ① 본 제품은 전문의에 의해서 사용되어야 한다.
- ② 본 제품은 1회용임으로, 재사용해서는 해서는 안 된다.

[유효기간] 멸균일로부터 3년

[보관 및 저장방법] 실온의 건조한 곳에서 보관한다.